


50 Ω 33dBm(2W) 1.8GHz to 2.8GHz

概述：

MW1951B系列微波功率源是频率为 1.8G~2.8GHz范围内的合成信号源。开机即可工作，最大功率输出： $\geq 33\text{dBm}$ (2W)。具有操作简单，频率精度高的特点。

一、 技术特性：

- 1、 频率：5位LED数字直读，最小频率步进 0.01MHz。
- 2、 功率：MAX 33±1dBm。
- 3、 功率可调范围：30dB，用旋钮调节。
- 4、 杂波抑制 $\geq 40\text{dBC}$ 。
- 5、 射频输出接头：特性阻抗 50 Ω、SMA型阴头。
- 6、 工作环境温度：0~50℃。
- 7、 电源：+12V/600mA。



二、 操作说明：

供电插座Φ2.5，电压+12V，仪器开机即可工作。按以下说明进行操作。

1、后面板：用插座Φ2.5的电源线接通DC12V电源。射频输出-SMA(阴)、频率控制及幅度控制接口-BNC(阴)。

- 射频输出：SMA-K，缺省显示频率中心频率。输出功率值用旋钮调整。


频率控制：按下频率开关键（切换作用），频率控制端，VCO外接0~3V的信号。

- 幅度控制：按下幅度键，幅度控制端口最大5V信号。


注意：RF 输出口禁止开路，以免烧坏内部电路

- 复位键：开机启动后，按下复位键，使之初始化，避免乱码。
- 扫描键：按下时，频率以扫频的形式显示。
- 频率调整：粗调步进为100KHz，细调步进为10KHz。若需快速调整到要求频率，按“粗调”与“扫描”键配合粗调键完成快速调整，接近时弹出“扫描”键、用“粗调”、“细调”键，调准频率。
- 频率开关：弹出——用仪器上的按键控制频率；按进——用外接信号控制频率和内外切换作用。
- 幅度开关：弹出-用仪器上的旋钮控制幅度，按进-用外接信号控制幅度。

三、工作原理



四、仪器外形图 尺寸：174×104×78mm (不含 BNC 接头)



五、一般故障判断及排除

- 1、 显示频率的数码管不亮，是驱动电路故障。个别数码线不亮，是驱动电路或数码管故障。
- 2、 输出功率小（只有几 mW），调功率旋钮不起作用，是功放故障。